

動力驅動之離心機械每年定期檢查表

系 所：

實驗(習)室：

設備名稱(編號)：

檢查日期：

項 次	檢 查 項 目	檢 查 方 法	檢 查 結 果
1	外殼是否有損傷，變形或腐蝕	目視法檢查	
2	回轉體(轉速、破裂、異響)是否正常	開機後檢查 運轉情形	
3	主軸承是否正常(有無異響)	開機聽聲音	
4	螺絲是否脫落	目視法檢查	
5	煞車是否良好	開機測試功能 是否正常	
6	接地線是否脫落	目視法檢查	
7	電線被覆是否劣化、破裂	目視法檢查	
8	連鎖裝置是否正常	開機後檢查 運轉情形	
9	護罩是否正常	目視法檢查	
改善 措施			

1. 依職業安全衛生管理辦法辦理。
2. 檢查結果：正常打V，異常打X。
3. 檢查記錄表格請放置儀器旁。紀錄保存3年。
4. 每年檢查後，影印1份送交總務處工安環保組(A0105室，電話24961100轉6352)。

檢查人員：

系主任：